

**輔仁大學附設醫院**  
**診間高階螢幕採購規格需求說明**

品項	規格	數量
1MP 醫療型螢幕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板：尺寸 19" (含)以上彩色 IPS 液晶面板。</li> <li>2. 具備多層膜強化防刮功能。</li> <li>3. 背光:LED。</li> <li>4. 對比: 1000:1 以上。</li> <li>5. 點距 0.294mm x 0.294mm (含以下)。</li> <li>6. 解析度：1280x1024 (含)以上 5:4。</li> <li>7. 亮度:250cd/m<sup>2</sup> (含以上)。</li> <li>8. 可真實顯示 256 灰階, 符合 DICOM Part 14 GSDF 標準。</li> <li>9. 可視角：水平角度 176 度以上/垂直角度 176 度以上。</li> <li>10. 輸入訊號(任二種):               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) D-Sub(VGA)。</li> <li>(2) DVI。</li> <li>(3) HDMI。</li> <li>(4) DP</li> </ol> </li> <li>11. 提供五年保固, 保固期內全顯示範圍無亮點。</li> <li>12. 螢幕可旋轉成直立式。</li> <li>13. 具備可升降式底座。</li> <li>14. 提供輸入埠訊號線材, 如需轉接亦需提供轉接線材。</li> <li>15. 須於螢幕邊框適當位置網版印刷醫院名稱。</li> <li>16. 投標時須提出:BSMI 或 EN6060-1 及 UL 安規。</li> </ol>	5 台