內視鏡室清洗室增設清洗裝置及水槽加裝不銹鋼隔柵規範

一、清洗裝置：

(1) 酵素清洗給水裝置 2 組

(2) 酵素給水裝置需可沖洗大腸鏡、手術室胃鏡管

(3) 適用 Olympus 及 Fujifilm 廠牌設備

(4) 需安裝於既有水槽上方安裝需穩固不可搖晃及洩漏

(5) 管路需銜接酵素儲存桶

(6) 酵素機 2 組須可設定調整酵素給付定量及容量

二、 不鏽鋼隔柵

(1) 材質：SUS304

(2) 尺寸：W73*D34*H20cm±1cm，3 組

(3) 間隔：平面隔柵間隔不得大於 5cm

(4) 不鏽鋼隔柵和皆須以氬焊，焊點須處裡不可有焊渣殘留及烏漬